

NAWA Heilmittel GmbH
Ostendstrasse 100
90482 Nürnberg
Tel. +49 (0)911-5 44 41-0
Internet: www.nawa.com



Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Produktspezifikation / Product details:

Produktbezeichnung / Product name	NAWA Wundspray plus / Wundreinigungsspray / Werolin Wundreinigungsspray
Type / Type	Lösung / Solution 75 ml
Klassifizierung nach RL 93/42/EWG, Anhang IX / Classification according 93/42/EEC, annex IX	Klasse IIa nach Regel 4 Class IIa Rule 4

Konformitätsbewertung / Assessment details:

Benannte Stelle / notified body	TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D- 90431 Nürnberg
Verfahren nach RL 93/42 EWG / Route of directive 93/42 EEC	Anhang II, ohne Abschnitt 4 / Annex II, without section 4
Zertifikate / certificates	Nr.: 60133236 0001

Angewandte Normen / Used standards:

Das Produkt entspricht den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren Richtlinien und harmonisierten Standards. Eine vollständige Liste der Normen und Standards liegt beim Hersteller vor.
The product conforms to appropriate regulations of applicable guidelines and standards. A complete list of norms and standards is available at the manufacturer.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die oben beschriebenen Produkte in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und des deutschen Medizinproduktegesetzes BGBl. I S.1066 entsprechen. Die Produkte werden mit dem CE-Kennzeichen versehen.
We declare under sole responsibility that the products described above as delivered are in compliance with directive 93/42/EEC and the German medical-device-law BGBl. I S. 1066. The products are CE marked.

Gültigkeitszeitraum dieser Erklärung bis 31.12.2028.
Validity period of this Declaration until 31.12.2028.



0197

Nürnberg, den 25.09.2023



Thomas Riesinger
Geschäftsleiter